

**Phụ lục: BÁO GIÁ DANH MỤC THIẾT BỊ YÊU CẦU SỬA CHỮA**

*Kèm theo Công văn số:        /CV-BV ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ*

| STT | Tên thiết bị                                                              | Tình trạng thiết bị                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Yêu cầu                                                                        | ĐVT | Số lượng |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1   | Máy siêu âm màu LOGIQ S7<br>Model: LOGIQ S7 Expert R3<br>Serial:LS7004015 | Hiện trạng của thiết bị theo báo cáo của Khoa Chẩn đoán hình ảnh và biên bản kiểm tra của kỹ sư:<br>- Màn hình xuất hiện nhiều sọc sáng chiếm khoảng 1/2 đầu dò convex và 3/4 đầu dò linear.<br>- Hình ảnh siêu âm trên B mode bị mất , nhiều màu CF.<br>- Kiểm tra board mạch xử lý trung tâm Beam Former.<br>Kết quả kiểm tra board mạch xử lý trung tâm Beam Former. | Sau sửa chữa máy đảm bảo chất lượng hoạt động theo yêu cầu của đơn vị sử dụng. | Cái | 1        |
| 2   | Máy siêu âm màu 3D Sonix Touch                                            | Hiện trạng của thiết bị theo báo cáo của Khoa Chẩn đoán hình ảnh: Máy không lên nguồn.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kiểm tra, đánh giá tình trạng hư hỏng của máy                                  | Cái | 1        |