

SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
THỊ XÃ BUÔN HỒ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52 /BV-BMT

Buôn Hồ, ngày 09 tháng 5 năm 2023

V/v mời chào giá các mặt hàng
Vật tư, hóa chất thận nhân tạo
phục vụ cho công tác khám
chữa bệnh.

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh Vật tư, hóa chất thận nhân tạo

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm Vật tư, hóa chất thận nhân tạo phục vụ công tác khám chữa bệnh. Bệnh viện kính mời các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng Vật tư y tế có đủ kinh nghiệm, năng lực cung cấp hàng hóa xem xét tham gia chào giá các mặt hàng theo các nội dung sau:

1. Danh mục các mặt hàng Vật tư, hóa chất thận nhân tạo (Phụ lục đính kèm).

Các đơn vị có thể tải danh mục các mặt hàng Vật tư, hóa chất thận nhân tạo đã được đăng tải trên website bệnh viện tại địa chỉ: <https://benhvienbuonho.com>.

2. Thời gian và yêu cầu báo giá:

- Thời gian nhận báo giá: trước 16 giờ 00 phút ngày 12 tháng 5 năm 2023.
- Báo giá của các đơn vị phải có hiệu lực đến hết ngày 07/8/2023, được ký và đóng dấu của đơn vị chào giá. Trường hợp báo giá có nhiều trang, đề nghị đơn vị đóng dấu giáp lai các trang.
- Đơn giá từng mặt hàng tham gia đã bao gồm: thuế, phí các loại và các chi phí khác để vận chuyển hàng hóa đến Khoa Dược Bệnh viện.

Báo giá có thể nộp trực tiếp hoặc gửi về Bệnh viện (Địa chỉ: 32 Nơ Trang Long, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) hoặc có thể gửi bản scan Báo giá qua email: tothaubvbh@gmail.com và gửi bản chính cho Bệnh viện qua đường bưu điện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website BV;
- Lưu: VT, BMT.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Xuân Lộc



PHỤ LỤC - DANH MỤC VẬT TƯ, HÓA CHẤT THẬN NHÂN TẠO MỜI BÁO GIÁ

Kèm theo Công văn số: *h*LV/BV-BMT ngày 09/05/2023

STT	Mã số	Tên hàng hóa	Đặc tính thông số kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Số lượng
1	TH1230 01	Bộ dây lọc máu thận nhân tạo	Chất liệu dây dẫn: PVC không chứa DEHP. Chiều dài dây động mạch (dây đỏ) $\geq 3,6m$, chiều dài dây tĩnh mạch (dây xanh) $\geq 2,6m$	Bộ	450
2	TH1230 02	Quả lọc thận nhân tạo	Màng lọc low flux; chất liệu màng lọc: Polysulfone; diện tích màng lọc $\geq 1,6m^2$; tiệt trùng bằng tia gamma	Cái	50
3	TH1230 03	Dung dịch Acid Citric 50%	Dung dịch chứa acid citric có nồng độ 50% dùng để làm sạch, khử canxi, khử trùng cho máy chạy thận nhân tạo. Diệt khuẩn, nấm, trực khuẩn lao và virus.	Lít	240
4	TH1230 04	Dây truyền dịch	Chiều dài dây $\geq 180cm$, đường kính 3mm x 4,1mm, không chứa DEHP, điều chỉnh giọt và đảm bảo tốc độ truyền ổn định khi cài đặt tốc độ truyền.	Bộ	1,100
5	TH1230 05	Túi đựng nước tiểu	Dung tích 2000ml, tiệt trùng	Cái	3,000

(Handwritten mark)



MẪU BÁO GIÁ VẬT TƯ, HÓA CHẤT THẬN NHÂN TẠO

Kèm theo Thư mời báo giá số 52 /BV-BMT ngày 01 tháng 5 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ

Tên Công ty : ...

Địa chỉ : ...

..., ngày ... tháng 5 năm 2023

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ

Căn cứ Thư mời báo giá số /BV-BMT ngày tháng 5 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ, chúng tôi xin gửi Báo giá Vật tư, hóa chất thận nhân tạo như sau:

Stt	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Model	Năm sản xuất	Hãng – Nước sản xuất	Hãng – Nước chủ sở hữu	Tính năng kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Giá kê khai	Mã kê khai	Đơn giá chào	Thành tiền
1														
2														
...														
Tổng cộng														
Số tiền bằng chữ : ...														

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)