

Phụ lục 1 - DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ MỜI BÁO GIÁ
 Kèm theo Công văn số: /BV-BMT ngày 01 tháng 8 năm 2025

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính thông số kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Số lượng
1	Bộ máy hút trung tâm nha khoa	- Điện nguồn: AC 220-240V, 50 – 60Hz - Công suất: Tối thiểu 0.75 kW (tương đương 1.0 HP) - Lưu lượng hút: Tối thiểu 100 lít/phút - Áp lực hút: Tối thiểu 140 - 160 mbar - Bộ máy phù hợp với quy mô tối thiểu 02 đến 03 ghế nha khoa hoạt động đồng thời Cấu hình cung cấp: 01 Máy hút; Bình chứa; Tay cầm hút tích hợp van khóa; Tủ điều khiển tự động; Kèm đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn cùng linh kiện cần thiết để kết nối, lắp đặt, vận hành và bảo trì hoàn chỉnh hệ thống hút trung tâm nha khoa tại phòng khám.	Bộ	1