

SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
THỊ XÃ BUÔN HỒ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 143 /BV-BMT

Buôn Hồ, ngày 09 tháng 10 năm 2024

V/v mời chào giá các mặt hàng
thiết bị y tế phục vụ cho công tác
khám chữa bệnh

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh Thiết bị y tế

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm Máy nội soi tai mũi họng phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Bệnh viện kính mời các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng Thiết bị y tế có đủ kinh nghiệm, năng lực cung cấp hàng hóa xem xét tham gia chào giá các mặt hàng theo các nội dung sau:

1. Danh mục các mặt hàng Thiết bị y tế (Phụ lục đính kèm).

Các đơn vị có thể tải danh mục các mặt hàng Thiết bị y tế đã được đăng tải trên website bệnh viện tại địa chỉ: <https://benhvienbuonho.com> của đơn vị hoặc Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia.

2. Thời gian và yêu cầu báo giá:

- Thời gian nhận báo giá: từ 15 giờ 00 phút ngày 09 tháng 10 năm 2024 đến 16 giờ 00 phút ngày 23 tháng 10 năm 2024.

- Báo giá của các đơn vị phải có hiệu lực tối thiểu 120 ngày kể từ ngày báo giá, được ký và đóng dấu của đơn vị chào giá. Trường hợp báo giá có nhiều trang, đề nghị đơn vị đóng dấu giáp lai các trang.

- Đơn giá từng mặt hàng tham gia đã bao gồm: thuế, phí các loại và các chi phí khác để vận chuyển hàng hóa đến Khoa Dược Bệnh viện.

- Đơn vị báo giá phải cung cấp bảng giá niêm yết đầy đủ cho các mặt hàng báo giá, bảng niêm yết giá có hiệu lực tối thiểu đến 31/03/2025.

- Đơn vị báo giá cung cấp file/ bản giấy catalogue các mặt hàng báo giá (nếu có).

Báo giá có thể nộp trực tiếp hoặc gửi về Bệnh viện (Địa chỉ: 32 Nơ Trang Long, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) qua đường bưu điện và gửi bản scan Báo giá + file mềm báo giá qua email: tothaubvbh@gmail.com cho Bệnh viện.

Thông tin liên hệ: Ds Hải – Số điện thoại 0903901900, mail: tothaubvbh@gmail.com.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải MSC, Website BV;
- Lưu: VT, BMT.



GIÁM ĐỐC

Đỗ Xuân Lộc



Phụ lục 1 - DANH MỤC DỤNG CỤ Y TẾ MỜI BÁO GIÁ

Kèm theo Công văn số: 147 /BV-BMT ngày 09 tháng 10 năm 2024

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính thông số kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Số lượng
1	Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng	<p>1. Nguồn sáng</p> <ul style="list-style-type: none">- Kiểu bóng: LED- Tuổi thọ bóng LED: $\geq 40,000$ giờ- Nguồn điện: 100-240V AC, 50-60Hz- Công suất tiêu thụ: 70W - 80W- Nhiệt độ màu (K): ≥ 5000 K- Điều chỉnh cường độ sáng- Hiển thị cường độ sáng <p>2. Bộ xử lý hình ảnh và camera nội soi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Độ phân giải hình ảnh: HD hoặc Full HD- Nguồn điện: 100-240V AC, 50-60Hz- Công suất tiêu thụ: 50W - 60W- Cổng kết nối: HDMI/ DVI/ AV- Cảm biến hình ảnh CMOS: $\geq 1/3$ inch- Hệ thống ghi hình: USB/ HDMI- Độ nhạy sáng: ≤ 0.3 lux- Chức năng: Cân bằng trắng, điều chỉnh tăng giảm màu; Dừng hình bằng tay hoặc pedan chân; Dừng/chia 1/2/4 hình trên màn hình; Xem lại và thay thế hình đã chụp, phóng to/nhỏ hình ảnh. <p>3. Màn hình chuyên dụng:</p> <p>Kích thước: ≥ 19 inch; Độ sáng: 250 - 500 cd/m²; Độ phân giải hình ảnh: HD hoặc Full HD</p> <p>4. Ống nội soi</p> <p>Loại ống: Ống nội soi cứng; Chất liệu: Thép không gỉ; Góc quan sát: 0 độ - 70 độ; Đường kính ống: 2,7mm - 6,0mm; Chiều dài ống: 110mm - 300mm</p> <p>5. Dây dẫn sáng:</p> <p>Đường kính: ≥ 4mm; Chiều dài dây: ≥ 2m</p> <p>6. Xe đẩy chuyên dụng:</p> <p>Chất liệu: Thép và hợp kim; Có bánh xe cao su, bánh xe có khóa; khay chứa nhiều tầng, điều chỉnh được độ cao; Có rãnh quản lý cáp dọc khung xe</p> <p>7. Nội dung khác:</p> <p>Có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt</p>	Bộ	1