

SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
THỊ XÃ BUÔN HỒ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 62 /BV-BMT

Buôn Hồ, ngày 06 tháng 5 năm 2025

V/v mời chào giá thiết bị y tế
phục vụ cho công tác khám chữa
bệnh

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh Thiết bị y tế

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm Máy xét nghiệm miễn dịch phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Bệnh viện kính mời các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng Thiết bị y tế có đủ kinh nghiệm, năng lực cung cấp hàng hóa xem xét tham gia chào giá các mặt hàng theo các nội dung sau:

1. Danh mục các mặt hàng Thiết bị y tế (Phụ lục đính kèm).

Các đơn vị có thể tải danh mục các mặt hàng Thiết bị y tế đã được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc website của Bệnh viện tại địa chỉ: <https://benhvienbuonho.com>.

2. Thời gian và yêu cầu báo giá:

- Thời gian nhận báo giá: từ 15 giờ 00 phút ngày 06 tháng 5 năm 2025 đến 16 giờ 00 phút ngày 16 tháng 5 năm 2025.

- Báo giá của các đơn vị phải có hiệu lực tối thiểu 120 ngày kể từ ngày báo giá, được ký và đóng dấu của đơn vị chào giá. Trường hợp báo giá có nhiều trang, đề nghị đơn vị đóng dấu giáp lai các trang.

- Đơn giá từng mặt hàng tham gia đã bao gồm: thuế, phí các loại và các chi phí khác để vận chuyển hàng hóa đến Khoa Dược Bệnh viện.

- Đơn vị báo giá phải cung cấp bảng giá niêm yết đầy đủ cho các mặt hàng báo giá, bảng niêm yết giá có hiệu lực tối thiểu đến 31/8/2025.

- Đơn vị báo giá cung cấp file/ bản giấy catalogue các mặt hàng báo giá (nếu có).

Báo giá nộp trực tiếp hoặc gửi về Bệnh viện (Địa chỉ: 32 Nơ Trang Long, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) qua đường bưu điện và gửi bản scan Báo giá + file mềm báo giá qua email: tothaubvvh@gmail.com cho Bệnh viện.

Thông tin liên hệ: Ds Hải – Số điện thoại 0903901900, mail: tothaubvvh@gmail.com.

Nơi nhận: 12

- Như trên;
- Đăng tải MSC, Website BV;
- Lưu: VT, BMT.

GIÁM ĐỐC



Đỗ Xuân Lộc



Phụ lục 1 - DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ MỜI BÁO GIÁ
Công văn số: **CL/BV-BMT** ngày **06** tháng **5** năm **2025**

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính, thông số kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Số lượng
1	Máy xét nghiệm miễn dịch	Bộ máy xét nghiệm miễn dịch, phụ kiện kèm theo. Bộ hoá chất lắp đặt tiêu chuẩn. Hướng dẫn sử dụng đi kèm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Sản xuất từ 2024 trở về sau. Công suất: ≥ 150 test/ giờ. Thông số đo được: Chỉ dấu tim mạch; Chức năng tuyến giáp; Tiểu đường; Tồn thương thận; Sinh sản; Đông máu; Viêm nhiễm; Ung bướu;... Màn hình cảm ứng LCD ≥ 10 inch. Số kênh xét nghiệm ≥ 10 kênh. Tự động ủ và đọc. Tích hợp máy in nhiệt, hỗ trợ kết nối máy in ngoài. Kết nối phần mềm: Kết nối được với phần mềm xét nghiệm LIS/ HIS. Khay thải: Có khay thải, test được đẩy ra ngoài vào khay thải khi kết thúc xét nghiệm.	Bộ	1.